

Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики прописан согласно:

Приложение N 3 к Правилам проведения функциональных исследований, утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 26 декабря 2016 г. № 997н

Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики

№	Наименование	Требуемое количество, шт.
1.	Электрокардиограф	1
2.	Аппарат для измерения артериального давления	1
3.	Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности	по требованию
4.	Аппарат для суточного мониторирования артериального давления	по требованию
5.	Спирограф	1
6.	Электроэнцефалограф	по требованию