



**Стандарт оснащения противошоковой палаты прописан согласно:
Приложение N 6. Стандарт оснащения отделения анестезиологии
и реанимации для взрослого населения по приказу № 919н от 15 ноября
2012 г.**

Противошоковая палата (на 1 пациенто-место)		
1.	Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый) с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором и монитором концентрации ингаляционных анестетиков	1
2.	Аппарат искусственной вентиляции легких с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором (CMV, SIMV, CPAP) с дыхательным монитором	1
3.	Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с дыхательным монитором	1
4.	Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких	1
5.	Монитор на пациента (Неинвазивное АД, инвазивное артериальное давление - 2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура - 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс)	1
6.	Матрац термостабилизирующий	1
7.	Набор для интубации трахеи	1
8.	Набор для трудной интубации, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации и комбинированную трубку	1
9.	Дефибриллятор	1
10.	Электрокардиостимулятор	1



11.	Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом	1
12.	Каталка пациента с мягким покрытием трехсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий	1
13.	Насос шприцевой	1
14.	Насос инфузионный	1
15.	Портативный ультразвуковой диагностический аппарат с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний	1 на Отделение
16.	Автоматический анализатор газов крови, кислотно-щелочного состояния, электролитов, глюкозы	1