



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 15 апреля 2016 года № РЗН 2016/3953

На медицинское изделие

Аппарат косметологический InMode с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Инвасикс Лтд.", Израиль,

Invasix Ltd., Tavor Building, Shaar Yokneam, P.O. Box 533, Yokneam 20692, Israel

Производитель

"Инвасикс Лтд.", Израиль,

Invasix Ltd., Tavor Building, Shaar Yokneam, P.O. Box 533, Yokneam 20692, Israel

Место производства медицинского изделия

Tavor Building, Shaar Yokneam, P.O. Box 533, Yokneam 20692, Israel

Номер регистрационного досье № РД-8539/43301 от 14.09.2015

Вид медицинского изделия **186240**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **26**

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия **94 4490**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 15 апреля 2016 года № 3186
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


М.А. Мурашко
0018290

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 15 апреля 2016 года № РЗН 2016/3953

Лист 1

На медицинское изделие

Аппарат косметологический InMode с принадлежностями

I. Состав:

- жидкокристаллический экран с 4-мя кнопками;
- переключатель сетевого питания;
- разъем для оптической насадки;
- разъем для РЧ насадки;
- кнопка аварийной остановки.

II. Принадлежности:

1. Насадка DIOLAZE (AS602143A), (не более 5 шт.).
2. Насадка LUMECCA 515 (AS601863A), (не более 5 шт.).
3. Насадка LUMECCA 580 (AS601864A), (не более 5 шт.).
4. Насадка FORMA (AS601654A), (не более 5 шт.).
5. Насадка PLUS (AS601679A), (не более 5 шт.).
6. Насадка BodyFX (AS600874A), (не более 5 шт.).
7. Насадка FRACTORA (AG601261A), (не более 5 шт.).
8. Наконечник насадки FRACTORA, 60 pin, 5 шт. в упаковке (AG601260A), (не более 50 упаковок).
9. Наконечник насадки FRACTORA, 20 pin, 5 шт. в упаковке (AG601259A), (не более 50 упаковок).
10. Держатель для оптических насадок (не более 10 шт.).
11. Держатель для радиочастотных насадок (не более 10 шт.).
12. Держатель для насадки BodyFX (не более 10 шт.).
13. Шнур питания.
14. Выключатель ножной (6210-0026-PX), (не более 2 шт.), производство Nerga Electric Ltd.
15. Руководство пользователя.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0018981